



INTERLABOR BELP AG

Interlabor Belp AG  
Aemmenmattstrasse 16  
3123 Belp  
Switzerland

Tel.: +41 (0)31 818 77 77  
Fax: +41 (0)31 818 77 78  
info@interlabor.ch  
www.interlabor.ch

## ANALYSENZERTIFIKAT

Beratungsring Gemüse  
Herr Martin Keller  
Herrenhalde 80  
CH-3232 Ins

Auftrag : 1605-00206  
Eingang : 09. Mai 2016  
Bei Fragen : Pharma: Nils Zimmermann  
Food: Veronika Kulzer

Proben-Nr. 458381  
Probenbezeichnung Wasserprobe  
Nr. 7  
Sammelkanal

		Kundenspezifikation	Methode
Enterokokken	34 KBE/100 mL	< 300 KBE/100 mL	EN ISO 7899
<i>Escherichia coli</i>	68 KBE/100 mL	< 1'000 KBE/100 mL	DIN ISO 16649

### Beurteilung

Die Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Spezifikationen.

Belp, 17. Mai 2016

