



ANALYSENZERTIFIKAT

Beratungsring Gemüse
Herr Martin Keller
Herrenhalde 80
CH-3232 Ins

Auftrag : 1605-00208
Eingang : 09. Mai 2016
Methode : DIN ISO 16649
Bei Fragen : Pharma: Nils Zimmermann
Food: Veronika Kulzer

| | |
|-------------------|--|
| Proben-Nr. | 458400 |
| Probenbezeichnung | Wasserprobe Nr. 26 Broyekanal La Sauge |

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| Enterokokken | 18 | KBE/100 mL |
| <i>Escherichia coli</i> | 7 | KBE/100 mL |

| Kundenspezifikation | Methode |
|---------------------|---------------|
| < 300 KBE/100 mL | EN ISO 7899 |
| < 1'000 KBE/100 mL | DIN ISO 16649 |

Beurteilung

Die Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Spezifikationen.

Belp, 17. Mai 2016

Nick Kirschke