INTERLABOR BELP AG

Interlabor Belp AG
Aemmenmattstrasse 16
3123 Belp
Switzerland

Tel.: +41 (0)31 818 77 77
Fax: +41 (0)31 818 77 78
info@interlabor.ch
www.interlabor.ch

PRÜFBERICHT

Beratungsring Gemüse
Herr Martin Keller
Herrenhalde 80
CH-3232 Ins

Auftrag: 1806-00933
Eingang: 28. Juni 2018
Bei Fragen: Pharma: Nils Zimmermann
Food: Veronika Kulzer
Mail: @@martin.keller@vol.be.ch@@

Proben-Nr. 519768
Probenbezeichnung Wasser, Probe 28
Grand Canal Fräschels
Oberflächentemperatur: 2.8°C

			Kundenspezifikation	Methode
Enterokokken	260	KBE/100 mL	< 300 KBE/100 mL	EN ISO 7899-2
Escherichia coli	560	KBE/100 mL	< 1'000 KBE/100 mL	DIN ISO 16649-1

Beurteilung

Die Probe entspricht den aufgeführten Spezifikationen gemäss den untersuchten Parametern.

Belp, 05. Juli 2018

INTERLABOR BELP
Dr. Yannick Zimmermann
Prüfleiter

Lara Pfister

Legende: BG: Bestimmungsgrenze (Grenze für zuverlässige Zahlenwerte) DG: Detektionsgrenze (kleinere Signale nicht signifikant)
*: ausserhalb Akkreditierung <: kleiner als >: grösser als n.n.: nicht nachweisbar (< DG) KBE: koloniebildende Einheiten TS: Trockensubstanz

Die Analysen wurden gemäss ISO 17025 durchgeführt. Der Geltungsbereich der Akkreditierung ist im offiziellen Verzeichnis akkreditierter Prüfstellen festgelegt (www.sas.ch). Die Resultate in diesem Zertifikat beziehen sich ausschliesslich auf die dieser Prüfung zugrundeliegenden Proben. Für eine Konformität der vorliegenden Untersuchung mit der GMP Verordnung (PIC-Leitfaden einer Guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte) ist ein Lohnanalysenvertrag für die genannten Produkte notwendig. Die eingesetzte Untersuchungsmethode wird im QM-Programm von Interlabor laufend überwacht. Weitere Kenndaten der Untersuchungsmethode sowie Angaben zur Messunsicherheit stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die vollständige und unveränderte Weitergabe des Analysenzertifikates ist ausdrücklich erlaubt.